

Medellín, 4 de noviembre de 2021

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Solicitud de cotización Número 110-2021 Adquisición de insumos para el equipo de cromatografía líquida para el análisis de muestras provenientes de las corrientes de salida del proceso.

El Director Científico de la SIU, ordenador del gasto del programa denominado "Alianza para la sostenibilidad energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales" –SENECA, ha recibido las siguientes observaciones:

1. Para el ítem 5: "Outlet valve, 600 bar for 1100, 1200, 1260 infinity LC pumps. Ref: G1311- 60012 Agilent" la referencia indicada ha sido reemplazada en Agilent por la referencia G1312-60067, solicitamos permitir participar con esta última referencia.



G1311-60012 Replaced by G1312-60067 Obsolete. Replaced by G1312-60067

Unit: 1

Specifications

Application Compatibility	Analytical		
Module Compatibility	Pump		
System Compatibility	1100 LC System	1200 LC System	1260 Infinity LC System
Technique	LC		
UNSPSC Code	41105106		
Use With Instrument	G1310A	G1310B	G1311A
	G1311B	G1311C	G1312A
	G1312B	G1312C	G1376A
	G2226A	G7111A	G7111B
	G7121B		

ALIANZA SENECA



Respuesta

Para el ítem 5, también se acepta la referencia G1312-60067, siempre y cuando cumpla las mismas funciones de la referencia G1311- 60012 Agilent, solicitada en la SDC 110-2021 y sea compatible con el módulo de la bomba de referencia G1311A (quat Pump).

Atentamente,

CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ Director Científico.

Director Clentifica

Elaboró: Andrea Acevedo.