

Medellín, 19 de agosto de 2021

Señores

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – SECCIONAL URABÁ**

Atn. Comisión evaluadora de la Invitación Pública REG – 11010009 – 01 – 2021

[logistica.seccionaluraba@udea.edu.co](mailto:logistica.seccionaluraba@udea.edu.co)

Medellín, Antioquia

**Asunto:** Observación a evaluación técnica invitación pública REG – 11010009 – 01 – 2021

En atención a los términos de referencia del proceso del asunto, nos permitimos realizar la siguiente observación a la evaluación técnica de las propuestas:

Avántika Colombia SAS se permite aclarar a la entidad que el autoclave ofertado de referencia JPA50LV cumple exactamente con las dimensiones internas y externas solicitadas en los requerimientos del proceso, es decir, ocupa el mismo espacio físico, y la diferencia está en el término usado, que mientras la entidad indica un diámetro externo de 45 cm, la ficha técnica aportada presenta esta dimensión como fondo de 45 cm, lo cual no hace que lo ofertado afecte el funcionamiento, capacidad y operación requerida. La elección de una estructura externa cilíndrica o rectangular es una cuestión estética, más no técnica, mientras que sí es de importancia que la cámara interna sea cilíndrica, ya que será el espacio de trabajo, y en eso estamos cumpliendo con el diámetro de 30 cm.

AUTOCLAVE	
PARÁMETRO	CONDICIÓN
Descripción	Autoclave automática en esterilización y secado llenado de agua manual
Tipo de autoclave	Autoclave vertical de esterilización y secado automático, para paquetes, instrumentos, líquidos
Dispositivos de seguridad	Interruptor de control de presión, protección contra calor, válvula de seguridad, interruptor de escape de emergencia
Capacidad	50 lts
Tipo	De piso
Material	Acero inoxidable 304
Presión de trabajo	2.1 kg / cm <sup>2</sup>
Temperatura de trabajo	118°C – 134°C
Diámetro cámara	30 cm
Profundidad cámara	71 cm
Ancho	600 mm ( 60 cm )
Alto	1000 mm ( 100 cm)
Diámetro	450 mm ( 45 cm )
Potencia	3.1 k w
Voltaje	220 volt

Tabla 1. Especificaciones de la entidad según Anexo 1.



www.avantika.com.co

**BARRANQUILLA**  
 Cra 57 No. 74-55  
 Tel: (57) 5 385 55 05  
 e-mail: ventas@avantika.com.co  
 Barranquilla - Colombia

**BOGOTA**  
 Calle 25 C No. 85 C-20 oficina 101  
 Tel: (57) 1 743 55 05  
 e-mail: bogota@avantika.com.co  
 Bogota D.C - Colombia

**MEDELLIN**  
 Cra 82 No. 48-03 Oficina 101  
 Tel: (57) 4 604 55 85  
 e-mail: medellin@avantika.com.co  
 Medellin - Colombia

**CALI**  
 Celular: 300 797 1955  
 Tel: (57) 2 891 26 07  
 e-mail: cali@avantika.com.co  
 Cali - Colombia



Tipo	Referencia	Capacidad
Autoclave vertical automática / Capacidad 50 Litros /Pantalla Touch a todo color 3.5" / Sensor flexible / Bandeja en acero inoxidable / Dimensiones internas Ø 300 x profundidad 710 mm /Dimensiones externas ancho 60 x fondo 45 cm x alto 100 cm / 220 V 60 Hz 7 Potencia 3.1 Kw	JPASOLV	50 litros

Tabla 2. Extracto ficha técnica presentada por Avantika Colombia SAS

Por lo anterior solicitamos a la entidad que nuestra propuesta en el ítem mencionado sea habilitada técnicamente, ya que cumplimos los requerimientos plasmados en los términos de referencia.

Atentamente,

  
IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO  
Representante Legal  
C.C. 8.533.510 de Barranquilla

w w w . a v a n t i k a . c o m . c o

**BARRANQUILLA**  
Cra 57 No. 74-55  
Tel: (57) 5 385 55 05  
e-mail: ventas@avantika.com.co  
Barranquilla - Colombia

**BOGOTA**  
Calle 25 C No. 85 C-20 oficina 101  
Tel: (57) 1 743 55 05  
e-mail: bogota@avantika.com.co  
Bogota D.C - Colombia

**MEDELLIN**  
Cra 82 No. 48-03 Oficina 101  
Tel: (57) 4 604 55 85  
e-mail: medellin@avantika.com.co  
Medellin - Colombia

**CALI**  
Celular: 300 797 1955  
Tel: (57) 2 891 26 07  
e-mail: cali@avantika.com.co  
Cali - Colombia

ISO 9001:2015  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

