



Publicación de Resultados SDC 132-2021

Fecha	14 de diciembre de 2021	
Nombre y dirección de la entidad contratante (IES Ancla):	Universidad de Antioquia Carrera 53 N° 61 -30 Sede de Investigación Universitaria SIU PROGRAMA SÉNECA	
Número de referencia de la orden de compra que se está adjudicando	Orden de Compra N°146-2021 SDC 132-2021	
Método de selección utilizado:	Solicitud de cotizaciones	
Oferentes que presentaron propuestas:	Nombre Oferente	Valor Total de la oferta presentada (I.V.A incluido)
	Equipos, Ingeniería y Análisis	\$5.783.400
	Swagelok	\$4.352.199
Oferentes que no fueron evaluadas económicamente	Swagelok	No se evaluó económicamente la oferta de la empresa Swagelok, debido a que no cumple con las especificaciones técnicas. Si bien cumple en relación con el rango de presión y el tamaño de conexión proporcionando accesorios para ello, la temperatura de operación de la referencia ofertada solo llega hasta 392°F y se requiere hasta de 450°F
Nombre del oferente ganador y valor a adjudicar	Equipos, Ingeniería y Análisis	\$5.783.400
Duración de la orden de compra:	El plazo será a partir del registro presupuestal para la Orden de Compra, hasta 120 días y/o hasta agotar los recursos destinados para la orden de compra y/o cualquier prórroga que se hiciera posteriormente.	
Resumen del alcance (Objeto de la Orden de Compra)	EL CONTRATISTA se obliga con La Universidad de Antioquia a suministrar válvula de contrapresión.	

CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ
Director Científico
Sede de Investigación Universitaria –SIU–
Universidad de Antioquia
v.b.

ALIANZA SENECA