



## Publicación de Resultados SDC 029-2020

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Fecha</b>  | 13 de octubre de 2020  |   |
| <b>Nombre y dirección de la entidad contratante (IES Ancla):</b>        | Universidad de Antioquia<br>Carrera 53 N° 61 -30<br>Sede de Investigación Universitaria SIU PROGRAMA SÉNECA  |   |
| <b>Número de referencia de la solicitud que se declara desierta.</b>    | SDC 029-2020   |   |
| <b>Método de selección utilizado:</b>                                   | Solicitud de cotizaciones  |   |
| <b>Oferentes que presentaron propuestas.</b>                            | <b>Nombre Oferentes</b>  |   |
|   | AVL South América Ltda.  |   |
|   | HORIBA Instruments Inc.  |   |
| <b>Ofertas que no se tuvieron en cuenta para valorar económicamente</b> | <b>Nombre Oferentes</b>  | <b>Motivo</b>   |
|   | AVL South América Ltda.  | No cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que se especificó un requerimiento de medición de rango de concentración de 1,000 a 5 x 10 <sup>6</sup> partículas / cm <sup>3</sup> (para dilución nominal 10: 1), y ambos proveedores sólo ofrecen hasta 50.000 partículas / cm <sup>3</sup> . |
| HORIBA Instruments Inc.   |  |   |
| <b>RESULTADO</b>  | Declarar desierto el proceso de solicitud de cotizaciones SDC 029-2020 dado que las ofertas presentadas no cumplen con las especificaciones técnica solicitadas. |   |

  
 CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ  
 Director Científico  
 Sede de Investigación Universitaria –SIU–  
 Universidad de Antioquia

*vs lustrant.*